

2023年4月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「Thopaz チューブ」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名：Thopaz チューブ

変更箇所：外箱の印字デザイン、製造元ラベル、個包装の印刷デザイン及び材料

変更箇所	現	新
外箱の印字デザイン	 上面の印字あり	 上面の印字なし
製造元ラベルデザイン		
個包装の印刷デザイン及び材料		

変更理由：海外製造元において仕様変更があったため

変更時期：2023年4月より順次

(在庫状況により前後する場合がございます)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	規格	変更開始 ロット番号
079.0021	標準径 シングル	125018
079.0022	標準径 ダブル	未定
079.0023	細径 シングル	未定
079.0024	細径 ダブル	未定
079.0025	太径 シングル	未定
079.0026	太径 ダブル	未定
079.0039	シーリングキャップ	未定

販 売 名 : Thopaz チューブ
医療機器届出番号 : 22B1X00007MD001A
一般的名称 : カテーテルコネクタ
JMDN コード : 32339000
製造販売業者 : カーディナルヘルス株式会社

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。
カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト
<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

