

2023年5月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「カンガルー Connect ポンプセット RTH アダプタセット」の RTH アダプタの色を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。



敬具

— 記 —

販売名：カンガルー Connect ポンプ

変更箇所：RTH アダプタ

変更内容：色を黄色から白色に変更

変更箇所	現	新
RTH アダプタの色の変更		

変更理由：原材料変更の為

変更時期：2023年6月より順次

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
77000FD-JP	2312402164



[仕様変更品] 下記ポンプ本体の構成品となります。

一般的名称：ポンプ用経腸栄養注入セット

JMDNコード：70376000

クラス分類：Ⅱ 管理医療機器

[ポンプ本体]

販売名：カンガルー Connect ポンプ

医療機器承認番号：30200BZX00245000

一般的名称：経腸栄養用輸液ポンプ

JMDNコード：13209000

クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

