

2023年9月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度「胃瘻バルーンカテーテル」のトレイの材質、形状と包装形態を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

変更箇所	現	新
① トレイの材質、形状	材質：PET サイズ：280 mm×310 mm×38 mm	材質：PP サイズ：270 mm×295 mm×28.8 mm
② 包装形態(一次包装)	ガイドワイヤを同封 	ガイドワイヤを別包装 

※二次包装（外箱）に変更はありません

変更理由：製造販売元での変更の為

変更時期：2023年10月より順次

(在庫状況により前後する場合がございます。)

販売名： 胃瘻バルーンカテーテル

製品名： 胃瘻バルーンカテーテル（ジエジュナルチューブ／ISO80369-3 適合品）

医療機器認証番号： 221ADBZX00031000

一般的名称： 短期的使用胃瘻栄養用チューブ

JMDN コード： 35419002

クラス分類： II 管理医療機器

製造販売元： 富士システムズ株式会社

カタログ番号： 37JT203

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
37JT203	8301808

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

