

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「PI カテーテル キット」および「PI カテーテル キット II」のダブルルーメンの仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名：PI カテーテル キット

PI カテーテル キット II

カタログ番号：1925-8-WP,1927-6-NWP,1927-8-NWP,1925-8WPS,1927-6NWPS,1927-8NWPS

医療機器承認番号：20700BZZ01224000 (PI カテーテル キット)

22600BZX00416000 (PI カテーテル キット II)



一般的名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル (JMDNコード：36257100)

クラス分類：IV 高度管理医療機器

製造販売元：日本コヴィディエン株式会社 (PI カテーテル キット)

東洋紡株式会社 医療機器開発センター (PI カテーテル キット II)

変更内容：ダブルルーメンのメスルアーアダプタに印字されている「メイン」・「サブ」を「Main」・「Sub」に変更する。

現	新
	

変更理由：弊社販売中の他の中心静脈用カテーテルと同様に英語表記とするため。

変更時期：2021年10月より順次

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

