

2023年3月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

**仕様変更のご案内**

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ニュー エンテラル フィーディング チューブ」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。





しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名：ニュー エンテラル フィーディング チューブ  
変更箇所：キャップの形状変更  
変更内容：下記参照

変更箇所	現	新
キャップの形状変更		
キャップの把持部 (3点から1点に変更)		



**CardinalHealth**

変更理由： 操作性向上の為

変更時期： 2023年3月下旬より順次

(在庫状況による前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
3373-5	23D0123
3373-7	23E0158
3373-8	23C0306
3373-10	23C0266
3373-12	23C0282
3373-5-S	未定
3373-7-S	未定
3373-8-S	23D0178
3373-10-S	23C0281
3373-12-S	23D0449

医療機器認証番号：225AABZX00129000

一般名称：食道経由経腸栄養用チューブ

クラス分類：Ⅱ 管理医療機器

JMDNコード：16798000

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

