

2023年5月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内



拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、製品安定供給のため SMAC プラスの仕様を一時的に変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、現仕様品と一時変更品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今回の仕様変更につきまして、お客様にご迷惑をお掛けいたしますこととお詫び申し上げますとともに、今後とも鋭意製品の安定供給に努めて参りますので、引き続き弊社製品のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名：SMAC プラス
変更箇所：針付縫合糸
変更内容：

| 変更箇所 | 現仕様 | 一時変更品 |
|------|--|--|
| 外観 |  サージロン™ 曲針/ナイロン縫合糸 |  ソフシルク™ 曲針/シルク縫合糸 |
| 針タイプ | 逆三角針 | 丸針 |
| 曲げ角度 | 3/8 | 1/2 |
| 曲針半径 | 24mm | 17mm |
| 糸種別 | ナイロン縫合糸 | シルク縫合糸 |

変更理由：針付縫合糸の原材料不足に伴いサージロン™の供給遅延のため
変更時期：2023年3月より順次
再変更時期：2023年5月より順次
(在庫状況による前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と一時変更品変更開始ロット番号、変更開始時期および再変更開始時期

| カタログ番号 | 規格 | 一時変更品 変更開始 ロット番号 | 一時変更品 変更開始時期 | 再変更開始 ロット番号 | 再変更開始時期 |
|------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 131223WGFC | 12G×60cmタイプ ダブルルーメン Full kit | 23D0258 | 4月中旬 | 23F0236 | 7月上旬 |
| 19128WGZMF | 12G×20cmタイプ ダブルルーメン Full kit | 23C0369 | 4月上旬 | 23E0233 | 6月中旬 |
| 191208WGMF | 12G×20cmタイプ ダブルルーメン Full kit | 23C0404 | 3月下旬 | 23D0339 | 5月下旬 |
| 1312-6TGFC | 12G×14cmタイプ トリプルルーメン Full kit | 23D0273 | 4月中旬 | 23E0239 | 6月下旬 |
| 13128TGFC | 12G×20cmタイプ トリプルルーメン Full kit | 23C0562 | 3月下旬 | 23D0299 | 5月下旬 |
| 131212TGFC | 12G×30cmタイプ トリプルルーメン Full kit | 23D0274 | 4月下旬 | 23F0235 | 6月下旬 |
| 19128TGZMF | 12G×20cmタイプ トリプルルーメン Full kit | 23C0405 | 4月上旬 | 23D0341 | 5月下旬 |
| 191208TGMF | 12G×20cmタイプ トリプルルーメン Full kit | 23C0385 | 3月下旬 | 23D0304 | 5月中旬 |
| 1311-8QGFC | 11G×20cmタイプ クワッドルーメン Full kit | 23C0379 | 3月下旬 | 23D0297 | 5月中旬 |

販 売 名 : SMAC プラス

医療機器承認番号 : 21900BZX00953000

一般的名称 : 中心静脈用カテーテル

JMDN コード : 10729100

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

