

2021年4月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

### 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「胃瘻バルーンカテーテル」のラベル仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。



敬具

#### — 記 —

販売名：胃瘻バルーンカテーテル

変更箇所：新規格（ISO）コネクタ製品の2次包装ラベル

変更内容：ISO80369-3の表記を追加

変更箇所	現	新
2次包装		 ISO80369-3 表記を追加

※包装サイズ、製品自体に変更はございません。

変更理由：表示の視認性向上のため

変更時期：2021年4月より順次（在庫状況による前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	製品名	ロット番号
37JT203	100バルーンカテーテル(シグニナル,ISO)	8100335
37BT123	100バルーンカテーテル(バルーンチューブ,ISO)	未定
37BT143		未定
37BT163		未定
37BT183		8100341
37BT203		8100342
37BT223		未定
37BT243		未定
37BBS12103		100バルーンカテーテル(バルーンホック,ISO)
37BBS12153	未定	
37BBS12203	未定	
37BBS12253	未定	
37BBS12303	未定	
37BBS14103	未定	
37BBS14153	未定	
37BBS14203	未定	
37BBS14253	未定	
37BBS14303	未定	
37BBS14353	未定	
37BBS24403	未定	
37BBS14453	未定	
37BBS16103	未定	
37BBS16153	未定	
37BBS16203	8100609	
37BBS16253	8002238	
37BBS16303	8002271	
37BBS16353	8002273	
37BBS16403	未定	
37BBS16453	未定	
37BBS20203	未定	
37BBS20253	未定	
37BBS20303	未定	
37BBS20353	8002275	
37BBS20403	8002277	
37BBS20453	未定	
37BBS24203	未定	
37BBS24253	8002279	

37BBS24303		未定
37BBS24353		未定
37BBS24403		8002281
37BBS24453		8002241
37BBS28S3	100バルーンカテーテル(フィーディング,ISO)	未定
37BBS28L3		未定
37BBS60L3		未定
37BBS09S3		未定

販売名 : 胃瘻バルーンカテーテル

医療機器認証番号 : 221ADBZX00031000

一般的名称 : 短期的使用胃瘻栄養用チューブ

JMDN コード : 35419002

製造販売元 : 富士システムズ株式会社

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

