

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

カンガルーボタンⅡ用投与セット 包装ラベル表示変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「カンガルーボタンⅡ用投与セット」の製品ラベルの表示内容を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新ラベル品と旧ラベル品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に合った製品をご案内する所存ですので、何卒直しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名：カンガルーボタンⅡ用投与セット

変更箇所内容：①カタログ番号の下に「経腸栄養用（旧規格）」の記載追加  
②「医療事故対策適合品」の記載削除

変更箇所	現	新
一次包装ラベル		
二次包装ラベル		

変更理由：「旧規格に適合した経腸栄養分野の小口径コネクタ製品を製造販売する場合の取扱いについて  
(薬生機審発 0630 第 1 号 令和 4 年 6 月 30 日)」における表示対応

変更時期：2022 年 12 月より順次（在庫状況による前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
3730-50	22L0386
3730-60	22L0388
3730-BS15	22L0389

販 売 名：カンガルーボタンⅡ用投与セット

医療機器届出番号：22B1X00007NS005A

一般医療機器：経腸栄養注入セット

JMDN コード：70400000

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

