

2023 年 1 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ケンドール電極 レディオトレイス」の電極台紙の仕様変更を行いましたのでご案内申し上げます。

なお、すでに変更品が出荷されており、ご案内が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販 売 名：ケンドール電極 レディオトレイス

変更箇所、内容：電極台紙デザイン ※電極の性能に影響はございません

変更理由：製造元のデザイン変更により

※台紙が Medi-Trace デザインとなっておりますが、製品名は「レディオトレイス 630」となります。

対象カタログ番号と変更開始ロット番号：


製品名	カタログ番号	ロット番号
レディオトレイス 630	40000003	205958X

販 売 名：ケンドール電極 レディオトレイス

医療機器届出番号：22B1X00007LD006A

一般的名称：単回使用心電用電極

JMDN コード：35035000



以上

■ご案内文書はこちらからご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

