

2021年2月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ジェジュノストミイ カテーテル」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名： ジェジュノストミイ カテーテル

変更箇所： 包装（袋、外箱）

変更内容： デザイン、色

変更箇所	現 既存規格	現 新規格(ISO 80369-3)	新 新規格(ISO 80369-3)
1次包装			
2次包装 (外箱)			

※包装サイズ、製品自体に変更はございません。

変更理由：表示の視認性向上のため

変更時期：2021年2月より順次（在庫状況による前後する場合がございます。）



対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
3393E-9	21B0388

販売名： ジェジュノストミイ カテーテル

医療機器認証番号： 224AABZX00180000

一般的名称： 空腸瘻栄養用チューブ

JMDN コード： 38564000

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

