

2024年3月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度「トロッカー アスピレーション キット」及び「アスピレーション セルジンガー キット」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます



謹白

- 記 -

販売名： トロッカー アスピレーション キット / アスピレーション セルジンガー キット

変更箇所： 汎用シリンジ

変更内容： シリンジ供給元の変更

変更箇所	現	新
汎用シリンジ		

変更理由：製品の安定供給の為

変更時期：2024年5月より順次

(在庫状況による前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

<トロッカー アスピレーション キット>

カタログ番号	医療機器承認番号	JMDM コード	ロット番号	変更時期
5620-0609	16200BZZ01117000	70306000	24F0280	2024 年 6 月中旬
5620-0620			24E0282	2024 年 5 月下旬
5620-0809			24E0270	2024 年 5 月下旬
5620-0820			24E0305	2024 年 5 月下旬
5620-1220			24E0008	2024 年 5 月上旬

<アスピレーション セルジンガー キット>

カタログ番号	医療機器承認番号	JMDM コード	ロット番号	変更時期
5630-530	21200BZZ00302000	10741102	24F0281	2024 年 6 月中旬
5630-820			24F0243	2024 年 6 月上旬
5630-820P			24E0239	2024 年 5 月上旬

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

