

2024年6月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

## 仕様変更のご案内


拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度「カンガルー セルジンガー PEG キット」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。  
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます

敬具

### — 記 —

販売名：カンガルー セルジンガー PEG キット  
変更箇所：汎用シリンジ  
変更内容：シリンジ供給元の変更及び容量を60mLから50mLに変更

変更箇所	現	新
汎用シリンジ		

変更理由：製品の安定供給の為  
変更時期：2024年8月より順次  
(在庫状況により前後する場合がございます。)

販売名：カンガルー セルジンガー PEG キット  
医療機器承認番号：21600BZZ00253000  
一般的名称：長期的使用胃瘻用ボタン  
JMDNコード：38565003  
クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。  
カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト  
<https://cardinalhealth-info.jp/>



【添付資料】 対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号	変更時期
3763-2015	未定	未定
3763-2015G	未定	未定
3763-2020	24H0185	2024年8月上旬
3763-2020G	未定	未定
3763-2025	未定	未定
3763-2025G	未定	未定
3763-2030	24H0370	2024年8月下旬
3763-2030G	未定	未定
3763-2035	未定	未定
3763-2035G	未定	未定
3763-2040	未定	未定
3763-2040G	未定	未定
3763-2045	未定	未定
3763-2045G	未定	未定
3763-2050	未定	未定
3763-2050G	未定	未定
3763-2420	未定	未定
3763-2420G	未定	未定
3763-2425	未定	未定
3763-2425G	未定	未定
3763-2430	未定	未定
3763-2430G	未定	未定
3763-2435	未定	未定
3763-2435G	未定	未定
3763-2440	未定	未定
3763-2440G	未定	未定
3763-2445	未定	未定
3763-2445G	未定	未定
3763-2450	未定	未定
3763-2450G	未定	未定
3763-2455	未定	未定
3763-2455G	未定	未定
3760-S1G	未定	未定