

2024年7月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。




この度「ニュートリフロー フィーディング チューブ」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます

敬具

— 記 —

変更内容	現行	変更後
① 個包装滅菌袋		
② PE袋		廃止
③ 外箱	(10-12Fr) 高さ 93mm × 幅 212mm × 長さ 347mm (5~8Fr) 高さ 72mm × 幅 212mm × 長さ 340mm	高さ 72mm × 幅 162mm × 長さ 318mm

変更理由：製品の安定供給および省スペース化の為

変更時期：2024年9月より順次

(在庫状況により前後する場合がございます。)

販売名：ニュートリフロー フィーディング チューブ

医療機器認証番号：224AABZX00193000

一般的名称：食道経路経腸栄養用チューブ

JMDNコード：16798000

クラス分類：Ⅱ 管理医療機器

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号	変更時期
3313-5	未定	未定
3313-7	24J0266	2024年9月下旬
3313-8	24J0245	2024年9月中旬
3313-10	未定	未定
3313-12	未定	未定

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

