

2024年7月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

### 仕様変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度「トロッカー アスピレーション キット」及び「アスピレーション セルジンガー キット」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます

謹白

- 記 -

販売名	トロッカー アスピレーション キット	アスピレーション セルジンガー キット
変更箇所	排液チューブ、及び延長チューブ（おす嵌合部）	
変更内容	おす嵌合部のロックリング稼働域を増やすことによる操作性向上	



変更理由：操作性向上の為

変更時期：2024年8月より順次

（在庫状況による前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	医療機器承認番号	JMDNコード	ロット番号	変更時期
＜トロッカー アスピレーション キット＞				
5620-0609	16200BZZ01117000	70306000	24H0204	2024年8月上旬
5620-0620			24K0287	2024年10月中旬
5620-0809			24K0262	2024年10月上旬
5620-0820			24H0245	2024年8月下旬
5620-1220			24H0222	2024年8月下旬
＜アスピレーション セルジンガー キット＞				
5630-530	21200BZZ00302000	10741102	24H0358	2024年8月下旬
5630-820			24H0203	2024年8月上旬
5630-820P			24H0237	2024年8月下旬

製品名	トロッカー アスピレーション キット	アスピレーション セルジンガー キット
変更箇所	<p>Argyle™ Fukuroi Trocar Aspiration Kit</p> 	<p>Argyle™ Fukuroi Aspiration Seldinger Kit</p> 

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。  
 カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト  
<https://cardinalhealth-info.jp/>

