

2024年8月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内



拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「PICC キット」の仕様を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名：PICC キット
変更箇所：注射針
変更内容：

変更箇所	現	新
18G 注射針		 ハブ形状/カラーに若干の変更あり

変更理由：より安定した供給を実施するため
変更時期：2024年10月より順次
(在庫状況により前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始時期

カタログ番号	製品名・規格	変更開始 ロット番号	変更時期
193014GHF	PICC キット 耐圧タイプ	未定	未定
193018GHF	PICC キット 耐圧タイプ	24K0144	2024年11月上旬
193018HFC	PICC キット 耐圧タイプ 合成高分子コーティングタイプ	未定	未定
193023GHF	PICC キット 耐圧タイプ	未定	2024年12月上旬
193023HFC	PICC キット 耐圧タイプ 合成高分子コーティングタイプ	未定	未定
194014GHF	PICC キット 耐圧タイプ	未定	未定
194018GHF	PICC キット 耐圧タイプ	24K0088	2024年10月上旬
194018HFC	PICC キット 耐圧タイプ 合成高分子コーティングタイプ	24K0016	2025年3月下旬
194023GHF	PICC キット 耐圧タイプ	未定	2024年11月下旬
194023HFC	PICC キット 耐圧タイプ 合成高分子コーティングタイプ	未定	未定
194514WGHF	PICC キット 耐圧タイプ	未定	2025年1月上旬
194518WGHF	PICC キット 耐圧タイプ	24J0208	2024年11月上旬
194518WHFC	PICC キット 耐圧タイプ 合成高分子コーティングタイプ	24K0017	未定
194523WGHF	PICC キット 耐圧タイプ	24K0149	2024年12月中旬
194523WHFC	PICC キット 耐圧タイプ 合成高分子コーティングタイプ	24J0153	2025年1月上旬

販売名：PICC キット

医療機器承認番号：21900BZX00862000

一般的名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル

JMDN コード：36257100

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

