

2024年9月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「セーフアクセス 輸液セット」の一部製品の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

販売名 : セーフアクセス 輸液セット

変更箇所 :



変更理由 : オス嵌合部のロックリング可動範囲を増やすことで操作性を向上するため

変更時期 : 表に記載

(在庫状況により前後する場合がございます)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号	変更時期
1881AT2E50	2420710FSA	2024年10月
188DA2041L	2423527FSA	2024年12月
188DA20-5L	未定	未定
188PC2028L	2419912FSA	2024年11月
188PC6028L	2419823FSA	2024年10月
188PP20-1L	2418425FSA	2024年10月
188PP20-5L	2423708FSA	2025年4月
188PP60-1L	未定	未定
18B1AT2E50	2418439FSA	2024年9月
18BS-IL-3	2419916FSA	2024年11月
18MX0AW-1L	2418429FSA	2024年12月
18SX0AW-1L	2419911FSA	2024年10月



販売名：セイフアクセス 輸液セット

医療機器認証番号：219ADBZX00124000

クラス分類：Ⅱ 管理医療機器

一般的名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット

JMDN コード：70371000

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

