

2024年9月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「FRONT ENCLOSURE SCD700」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名：FRONT ENCLOSURE SCD700

変更箇所：個包装の形態

変更内容：使用する資材

変更箇所	現	新
ダンボールからチャック付きポリ袋へ変更		

変更理由：製造元からの輸送時の包装形態の変更の為

変更時期：2024年9月より順次

(在庫状況により前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
1036257	126404266008, 126404266009, 126404266010



【先述の修理パーツを使用する対象製品】

販 売 名 : SCD700 シリーズ

医療機器認証番号 : 223AABZX00029000

一 般 的 名 称 : 逐次型空気圧式マッサージ器

JMDN コード : 16837000

ク ラ ス 分 類 : II 管理医療機器、特定保守管理医療機器

カ タ ロ グ 番 号 : 295257

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

