

2024年11月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

**仕様変更のご案内**

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「Midline カテーテル」の仕様を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。  
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具


— 記 —

販売名： Midline カテーテル

変更箇所： トレイ / 箱包装 / 耐圧タイプ断面図表示

変更内容：

変更箇所	現	新
トレイ		 トレイ形状/構成品配置変更
箱包装	 	  ラベル位置/開封方向変更

<p>耐圧タイプ 断面図表示</p>	 <p>シングルルーメン    ダブルルーメン</p>	 <p>シングルルーメン    ダブルルーメン    トリプルルーメン</p> <p>耐圧タイプの明確化</p>
------------------------	--	---

変更理由：【トレイ】 構成品の輸送時のずれを防ぐため  
 【箱包装】 開封方法の製品間のずれをなくし、統一化するため  
 【耐圧タイプ断面図表示】 標準タイプと耐圧タイプの区別をより明確化するため

変更時期： 2024 年 12 月より順次  
 （在庫状況により前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始時期

カタログ番号	製品名・規格	変更開始 ロット番号	変更時期
1530-10GH	Midlineカテーテル シングルルーメン	未定	2025年6月以降
1530-6GH	Midlineカテーテル シングルルーメン	未定	2025年5月下旬
1540-10GH	Midlineカテーテル シングルルーメン	24M0149	2025年5月下旬
1540-6GH	Midlineカテーテル シングルルーメン	24M0126	2024年12月中旬
1545-10WGH	Midlineカテーテル ダブルルーメン	24M0150	2025年1月中旬
1545-6WGH	Midlineカテーテル ダブルルーメン	24M0091	2024年12月上旬

販 売 名： Midline カテーテル  
 医療機器承認番号： 30400BZX00215000  
 一般的名称： 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル  
 JMDN コード： 36257100

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。  
 カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト  
<https://cardinalhealth-info.jp/>

