

2025年5月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「SCD スマートフロー エクспレススリーブ」、「SCD スマートフロー フットカフ」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名：SCD スマートフロー
変更箇所：製品本体の印字
変更内容：

	現	新
カタログ番号 83022 エクспレススリーブの 例		 <p>オリエンテーション、ロット番号の除去</p>
		

	現	新
カタログ番号 83062 フットカフの例		 オリエンテーション、ロット番号の除去
	 	

変更理由：製造元による変更のため

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号	変更時期*
83011	2430300269	5月
83012	2427900131	5月
83013	2430300244	8月以降
83022	2428500147	6月
83023	2429800091	7月以降
83062	2431300151	9月以降
83063	未定	9月以降

*需要の変動により前後する可能性が御座います。

医療機器認証番号：306ADBZX00006000

一般的名称（JMDNコード）：

- 逐次型空気圧式マッサージ器（16837000）
- 間欠型空気圧式マッサージ器（10969000）

備考：本品は販売名「SCD スマートフロー」の構成品です。

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

