

2025年9月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。


さて、この度「セーフアクセス 輸液セット」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品を
ご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販 売 名： セーフアクセス 輸液セット
変 更 箇 所： 二次包装表示（25本入り、内箱）
変 更 内 容： 貼付ラベル、製品名及び滴下数の表示（詳細は次項参照）

変更内容詳細：

変更箇所	現	新
天面		
長辺側面①		
長辺側面②		
短辺側面①		
短辺側面②		

※ 60滴のセットの場合、滴数表示カラー及びラベル上下枠カラーはピンク色になります

60滴 = 1 mL

変更理由：貼付ラベルを減らし、表示内容を視認しやすくするため

変更時期：2025年10月より順次

(在庫状況により前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号	リリース予定日
188DA20-1C	2522601FSA	2025年10月上旬
1880-PL20L	未定	未定
1880-PL60G	未定	未定
188DPL201C	未定	未定
188PPL201C	未定	未定
188DPL601C	未定	未定
188PPL601C	未定	未定

医療機器認証番号：219ADBZX00124000

JMDNコード：70371000

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

