

2025 年 10 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「SCD700 シリーズ」および「SCD スマートフロー」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名	SCD700 シリーズ	SCD スマートフロー
医療機器認証番号	223AABZX00029000	306ADBZX00006000
一般名（JMDN コード）	逐次型空気圧式マッサージ器（16837000）	
クラス分類	II 管理医療機器（特定保守管理医療機器）	
変更箇所	上記販売名の構成品である「コンフォートスリーブ」のランディングゾーン	
カタログ番号	74010, 74011, 74012, 74013, 74021, 74022, 74023 74041, 74042, 74043	84010, 84011, 84012, 84013, 84021, 84022, 84023
変更内容 写真左：現仕様 写真右：新仕様 ※写真はカタログ番号 74022 の例	 - 赤枠内ランディングゾーンの除去	
変更開始時期 および初回ロット	【カタログ番号 74022】 開始時期：2026 年 4 月頃（需要の変動により前後します。） 初回ロット：2523100279, 2523100256, 2523100305（生産ライン毎） 【その他のカタログ番号】 開始時期、初回ロットともに未定	

以上

■ご案内文書はこちらからご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

