

2025 年 10 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「SMAC プラス」の一部の製品の仕様を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名：SMAC プラス

対象型番：191208WZYF / 191223WZYF / 191208TZYF / 191223TZYF

変更内容：プラスチックカニューラ針（32mm シリンジ付）をトレイにセットする

変更箇所	現	新
セット写真		
説明	プラスチックカニューラ針（32mm シリンジ付）はカテーテルの上にセットしていた。	プラスチックカニューラ針（32mm シリンジ付）もトレイにセットした。

変更理由：プラスチックカニューラ針（32mm シリンジ付）をトレイのセット内に収め、輸送による移動や破損のリスクを低減させるため。

変更時期： 2025 年 12 月頃より順次
（在庫状況による前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始時期

カタログ番号	規格	製造番号	変更時期
191208WZYF	SMAC プラス ダブルルーメン フルキット	未定	2026年3月
191223WZYF	SMAC プラス ダブルルーメン フルキット	25M0079	2026年3月
191208TZYF	SMAC プラス トリプルルーメン フルキット	25M0080	2025年12月
191223TZYF	SMAC プラス トリプルルーメン フルキット	未定	2026年7月

製品名：SMAC プラス

一般的名称：中心静脈用カテーテル

医療機器承認番号：21900BZX00953000

クラス分類：IV

JMDN コード：10729100

以上

■ご案内文書はこちらからご参照いただけます。
カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト
<https://cardinalhealth-info.jp/>

