

2025 年 10 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

販売中止および代替品のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品「9918用延長チューブ」を、製造元での製造中止に伴いまして、現在の在庫を持ちまして販売を中止する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

今後につきましては、下記の通り代替製品をご用意致しておりますので、ご検討を頂ければ幸甚に存じます。

長きに亘りご愛顧を賜りまして心より感謝申し上げますとともに、今後とも引き続き弊社製品のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

－ 記 －

	販売中止製品	代替製品
販売名	SCD エクスプレス	SCD スマートフロー
医療機器認証番号	218AABZX00088000	306ADBZX00006000
一般的名称（JMDN コード）	逐次型空気圧式マッサージ器（16837000） 間欠型空気圧式マッサージ器（10969000）	
クラス分類	II 管理医療機器	
製品名	9918 用延長チューブ	SCD スマートフローコントローラ
カタログ番号	9995	82107
特定保守管理医療機器	カタログ番号 9995 は非該当	該当

販売終了理由：海外製造元での製造中止

販売終了時期：2026 年 3 月

※在庫状況により前後する場合がございます。

※製品名「9918 用延長チューブ」は販売名「SCD エクスプレス」の構成品です。

※9918 用延長チューブそのものの代替製品のご用意は御座いません。誠に恐れ入りますがご使用中の「SCD レスボンス」から「SCD スマートフロー」への代替をご検討いただきますようお願い申し上げます。

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

