

2025 年 11 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「シース イントロデューサー セット」に同梱しておりますシリンジの仕様を下記の通り変更する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販 売 名：シース イントロデューサー セット

一 般 的 名 称：心臓用カテーテルイントロデューサキット

医療機器承認番号：20300BZZ00629000

J M D N コード：10598000

変更箇所：シリンジ 2 種

変更内容：シリンジ供給元の変更及び、容量をそれぞれ 12ml から 10ml と、6ml から 5ml に変更する

変更箇所	現	新
シリンジ（大）		
シリンジ（小）		
薬事情報		
一般的名称	汎用注射筒	汎用注射筒
販売名	キット用注射筒	JMS シリンジ
届出番号	22B1X00007NS019A	34B1X00001000056
製造販売業者	カーディナルヘルス株式会社	株式会社ジェイ・エム・エス
その他	当該シリンジは販売名：シース イントロデューサー セットの構成品である	



変更理由：安定供給を計るため

変更時期：2025 年 12 月より順次（在庫状況により前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
1-6190E07A	25M0181

以上

■ご案内文書はこちらからご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

