

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ケンドール電極 アルボ」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に合った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販 売 名： ケンドール電極 アルボ

変 更 箇 所： 有効期限

変 更 内 容：

変更箇所	現	新
有効期限	製造から 24 カ月	製造から 36 カ月

変 更 理 由： 製造元において有効期限の変更をしたため

変 更 時 期： 2026年5月より順次

(在庫状況により前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
H124	26028C
H135	26034C
H135T	26057C
H92	26026C
H99SG	26057C

販 売 名： ケンドール電極 アルボ

医療機器届出番号： 22B1X00007DG001A

J M D N コード： 35035000

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

