2026 年 11 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「アンビリカル　カテーテル」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

― 記 ―

販　　売　　名：アンビリカル　カテーテル
変　更　箇　所：カテーテルのデプスマーク（深度目盛）
変　更　内　容：

変更箇所	現	新
カテーテルの デプスマーク （深度目盛）	カテーテル先端 5cm から 1cm 毎に 25cm の位置まで表示	カテーテル先端 1cm から 1cm 毎に 25cm の位置まで表示

変　更　理　由：新生児で 5cm 未満の浅い位置に留置する場合の測定を容易にするため、カテーテル先端 1～4cm の位置にデプスマーク（深度目盛）を追加した。
変　更　時　期：2026 年 11 月より順次
（在庫状況により前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
8888160341	2613400243
8888160325	未定
8888160333	2614500052

販　　売　　名：アンビリカル　カテーテル
医療機器承認番号：30700BZX00222000
一　般　的　名　称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル
Ｊ　Ｍ　Ｄ　Ｎコード　：36257100
ク　ラ　ス　分　　類：Ⅳ　高度管理医療機器

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。
カーディナルヘルス株式会社　医療関係者向け製品情報サイト
https://cardinalhealth-info.jp/