2026 年 11 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

電子化された添付文書の改訂のご案内

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度「アンビリカル　カテーテル」の電子化された添付文書を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

－　記　－

販売名　：アンビリカル　カテーテル
改訂内容：

改訂前	改訂後
本品は新生児の臍動脈あるいは臍静脈に留置し、血液ガス分析をはじめ、各種血液検査のための採血、薬剤の注入等に使用する 0.90mm から 1.78mm のカテーテルである。先端 5cm から 1cm 毎に 25cm の位置までデプスマーク（深度目盛）が付いており、またエックス線不透過線により、体内での正確な位置が確認できる。	本品は新生児の臍動脈あるいは臍静脈に留置し、血液ガス分析をはじめ、各種血液検査のための採血、薬剤の注入等に使用する 0.90mm から 1.78mm のカテーテルである。先端から 1cm 毎に 25cm の位置までデプスマーク（深度目盛）が付いており、またエックス線不透過線により、体内での正確な位置が確認できる。

改　訂　理　由：カテーテル先端から 1～4cm の位置にデプスマーク（深度目盛）が追加されたため
販　　売　　名：アンビリカル　カテーテル
医療機器承認番号：30700BZX00222000
一　般　的　名　称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル
Ｊ　Ｍ　Ｄ　Ｎコード：36257100
ク　ラ　ス　分　　類：Ⅳ　高度管理医療機器

変更後の電子化された添付文書を閲覧される際は、専用アプリ「添文ナビ」をスマートフォンやタブレット端末にインストールして、容器または被包に記載された符号（GS1 コード）からご覧いただくか、従来通り PMDA ホームページから検索してご覧いただけますようお願い致します。詳細については別添資料“「電子化された添付文書」のご案内”をご参照ください。
紙の添付文書を必要とされる場合には、弊社営業担当者にお問合せください。

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。
カーディナルヘルス株式会社　医療関係者向け製品情報サイト
https://cardinalhealth-info.jp/