2026 年 11 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

# 仕様変更のご案内

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「シース　イントロデューサー　セット」に同梱しております無菌操作用スリーブコネクタの仕様を下記の通り変更する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

― 記 ―

販　　売　　名：シース イントロデューサー セット
一　般　的　名　称：心臓用カテーテルイントロデューサキット
医療機器承認番号：20300BZZ00629000
ＪＭＤＮ　コ　ー　ド：10598000

変更箇所：無菌操作用スリーブのコネクタ
変更内容：コネクタ形状の変更および、横リブの代わりに黒いＯリングを追加

| 変更箇所 | 現 | 新 |
|---|---|---|
| 変更箇所 |  |  |
| 説明 | 上図の赤丸部におけるアダプタの材料枯渇が発生することから、コネクタ形状を変更し、横リブの代わりに黒いＯリングを追加します。<br>これにより、シースの引き出し抵抗も安定し、シース引張強度も向上します。 | |

変更理由：安定供給を計るため

変更時期：2026 年 10 月下旬より順次（在庫状況により前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

| カタログ番号 | 製造番号 | 変更時期 |
|---|---|---|
| 1-6180E07M | 27A0107 | 1 月中旬 |
| 1-6180E10M | 27A0072 | 1 月中旬 |
| 1-6190E07M | 26K0179 | 10 月末 |
| 1-6190E10M | 26M0081 | 1 月中旬 |
| 1-6180Z10M | 26L0053 | 11 月上旬 |
| 1-6190Z07M | 未定 | 未定 |
| 1-6190Z10M | 26L0054 | 11 月上旬 |
| 1-6190E07A | 未定 | 未定 |

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社　製品情報・FAQ サイト

https://cardinalhealth-info.jp/

以上